



Instituto Nacional de Metrología
de Colombia

MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO



INM - Instituto Nacional de Metrología

Masa

Capacidades de Medición y Calibración (CMC) - Laboratorio de Masa INM Acreditación DAkKS D-K-17296-01-00

Servicio de calibración			Intervalo de medición			Incertidumbre expandida					Patrones de referencia usados para la calibración	
Magnitud	Instrumento	Método de medición	Valor mínimo	Valor máximo	Unidades	Valor	Unidades	Factor de cobertura	Nivel de confianza	La incertidumbre expandida es relativa?	Clase de Exactitud	Fuente de trazabilidad
Masa	<i>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</i>	Euramet/cg-18/v.04 SIM MWG7:2009 (idéntico al original Euramet/cg-18/v.02)		12	kg	$2 \cdot 10^{-6}$		2	95%	SI	E2	INM

<http://www.dakks.de/>

Fecha de actualización 2017-05-15