

Laboratorio de viscosidad

Servicio de calibración o medición			Intervalo de medición			Especificaciones		Incertidumbre expandida					Patrón de referencia utilizado en la calibración		Identificador de servicio
Magnitud	Equipo	Método de medición	Valor mínimo	Valor máximo	Unidades	Parámetro	Valor	Valor	Unidades	Factor de Cobertura	Probabilidad de cobertura	¿La incertidumbre expandida es relativa?	Patrón	Fuente de trazabilidad	
Viscosidad dinámica	Viscosímetro Rotacional	Comparación directa	60	200	mPa·s	Temperatura	25 °C	0.39	%	2	95.45%	Si	MRC 710-7 MRC 710-9 MRC 710-11	CENAM INM	INM-L20-01
Viscosidad dinámica	Viscosímetro Rotacional	Comparación directa	300	1 000	mPa·s	Temperatura	25 °C	0.43	%	2	95.45%	Si	MRC 710-13 MRC 710-14	CENAM INM	INM-L20-02
Viscosidad dinámica	Viscosímetro Rotacional	Comparación directa	1 200	6 000	mPa·s	Temperatura	25 °C	0.53	%	2	95.45%	Si	MRC 710-15A MRC 710-16 MRC 710-17	CENAM INM	INM-L20-03

Fecha de actualización: 2023-03-06