Instituto Nacional de Metrología de Colombia

Capacidades de Medición y Calibración (CMC)

L12- Laboratorio de pH

https://www.bipm.org/kcdb/cmc/quick-search?includedFilters=&excludedFilters=&page=0&cmcStatus=&keywords=Colombia

Servicio de calibración o medición			Intervalo de medición			Especificaciones		Incertidumbre expandida					Patrón de referencia utilizado en la calibración		Identificador de servicio
Magnitud	Equipo	Método de medición	Valor mínimo	Valor máximo	Unidades	Parámetro	Valor	Valor	Unidades	Factor de Cobertura	Probabilidad de cobertura	¿La incertidumbre expandida es relativa?	Patrón	Fuente de trazabilidad	
pH	Celdas Bauke	Método secundario de medición de pH	4	4,2	"unidades de pH"	Temperatura	25 °C	0,020	"unidades de pH"	2	95	no	MRC (NIST)	185i	INM-L12-01
pH	Celdas Bauke	Método secundario de medición de pH	6,7	7	"unidades de pH"	Temperatura	25 °C	0,034	"unidades de pH"	2	95	no	MRC (CENAM)	CMR 6200206h	INM-L12-01
pH	Celdas Bauke	Método secundario de medición de pH	9	9,3	"unidades de pH"	Temperatura	25 °C	0,010	"unidades de pH"	2	95	no	MRC (NIST)	187f	INM-L12-01

Fecha de actualización: 2026-01-08