

### Capacidades de Medición y Calibración (CMC)

Laboratorio de Par Torsional

[Link de la base de datos de KCDB](#)

Servicio de calibración o medición			Intervalo de medición			Especificaciones		Incertidumbre expandida					Patrón de referencia utilizado en la calibración		Identificador de servicio
Magnitud	Equipo	Método de medición	Valor mínimo	Valor máximo	Unidades	Parámetro	Valor	Valor	Unidades	Factor de Cobertura	Probabilidad de cobertura	¿La incertidumbre expandida es relativa?	Patrón	Fuente de trazabilidad	
Par torsional	Medidor de Par Torsional	Comparación Directa	0.05	1000	N-m	Temperatura	20 °C a 22 °C	0.002	%	2	95	SI	Transductor de Par Torsional de Transferencia DmTS - TTS	PTB	INM-L10-02
						Humedad relativa	40% a 60%								

Fecha de actualización: 2024-03-05