

Capacidades de Medición y Calibración (CMC)

Laboratorio de Fuerza

<u>Servicio de calibración o medición</u>			<u>Intervalo de medición</u>			<u>Especificaciones</u>		<u>Incertidumbre expandida</u>					<u>Patrón de referencia utilizado en la calibración</u>		<u>Identificador de servicio</u>
<u>Magnitud</u>	<u>Equipo</u>	<u>Método de medición</u>	<u>Valor mínimo</u>	<u>Valor máximo</u>	<u>Unidades</u>	<u>Parámetro</u>	<u>Valor</u>	<u>Valor</u>	<u>Unidades</u>	<u>Factor de Cobertura</u>	<u>Probabilidad de cobertura</u>	<u>¿La incertidumbre expandida es relativa?</u>	<u>Patrón</u>	<u>Fuente de trazabilidad</u>	
Fuerza	Máquina de ensayos uniaxial	Comparación directa	0,05	1000	kN	Temperatura	10 °C - 35 °C	4,00E-02	%	2	95,45%	Si	Transductor de fuerza	INM	INM-L07-03
						Humedad	40 % to 60 %								
Tensión Eléctrica	Amplificador Digital	Comparación directa	0,2	2	mV/V	Temperatura	20 °C - 22 °C	1,00E-05	mV/V	2	95,45%	No	Unidad de calibración de puente	PTB	INM-L07-04
						Humedad	40 % to 60 %								

Fecha de actualización: 2026-01-13