

Capacidades de Medición y Calibración (CMC)

Laboratorio de Calidad de Energía															
Servicio de calibración o medición			Intervalo de medición			Especificaciones		Incertidumbre expandida					Patrón de referencia utilizado en la calibración		Identificador de servicio
Magnitud	Equipo	Método de medición	Valor mínimo	Valor máximo	Unidades	Parámetro	Valor	Valor	Unidades	Factor de Cobertura	Probabilidad de cobertura	¿La incertidumbre expandida es relativa?	Patrón	Fuente de trazabilidad	
Otras mediciones de CC y baja frecuencia: Armónicos en tensión eléctrica	Analizadores de calidad de energía/potencia	Comparación directa	120	120	V	Armónico	1 al 50	2.0E-5 a 3.0E-03	V	2	95,45%	No	Patrón calidad de energía	NMIA - Australia	INM-L31-01
						Frecuencia fundamental	60 Hz								
Otras mediciones de CC y baja frecuencia: Armónicos en tensión eléctrica	Analizadores de calidad de energía/potencia	Comparación directa	240	240	V	Armónico	1 al 50	2.0E-05 a 5.3E-03	V	2	95,45%	No	Patrón calidad de energía	NMIA - Australia	INM-L31-02
						Frecuencia fundamental	60 Hz								
Otras mediciones de CC y baja frecuencia: Armónicos en corriente eléctrica	Analizadores de calidad de energía/potencia	Comparación directa	1	1	A	Armónico	1 al 50	1.0E-06 a 3.0E-05	A	2	95,45%	No	Patrón calidad de energía	NMIA - Australia	INM-L31-03
						Frecuencia fundamental	60 Hz								
Otras mediciones de CC y baja frecuencia: Armónicos en corriente eléctrica	Analizadores de calidad de energía/potencia	Comparación directa	5	5	A	Armónico	1 al 50	1.0E-06 a 1.0E-04	A	2	95,45%	No	Patrón calidad de energía	NMIA - Australia	INM-L31-04
						Frecuencia fundamental	60 Hz								
Fecha de actualización: 2026-01-27															