

Capacidades de Medición de Materiales de Referencia

Subdirección de Metrología Química y Biología
Laboratorio de ICP-MS

Link de la base de datos de KCDB

Servicio de medición			Intervalo de medición			Especificaciones		Incertidumbre expandida					Patrón de referencia utilizado en la calibración		Identificador de servicio
Magnitud	Material de Referencia	Método de medición	Valor mínimo	Valor máximo	Unidades	Parámetro	Valor	Valor	Unidades	Factor de Cobertura	Probabilidad de cobertura	¿La incertidumbre expandida es relativa?	Patrón	Fuente de trazabilidad	
Fracción másica	Mercurio (Hg) en Harina de pescado	Espectrometría de Masa con Plasma Acoplado Inductivamente	0,5	5	mg/kg			5,26	%	2	95 %, asumiendo distribución normal	Si		MRC Solución estándar de Hg NIST SRM 3133	
Fecha de actualización: 2026-01-05															