

ENSAYO DE APTITUD

M-05-F-005 Protocolo Preliminar V 08.
Pág. 1 de 1.

1. Publicación del protocolo preliminar:	2026-03-17
2. Cierre inscripción*:	2026-04-20
3. Envío protocolo final*:	2026-04-24
4. Periodo ejecución de mediciones:*	2026-05-11 al 2026-06-11
5. Reunión de Cierre*:	2026-08-20
6. Envío informe final*:	2026-08-27

Evaluar el desempeño de los laboratorios que miden arsénico total en harina de arroz, permitiéndoles identificar oportunidades de mejora en sus sistemas de medición.

El valor de la participación en el ensayo de aptitud es de

\$ 477.500

Laboratorios acreditados y no acreditados con capacidad de medición del contenido de arsénico en matrices de alimentos (arsénico total en harina de arroz expresado en base seca).

0.1 mg/kg a 0.4 mg/kg, expresado en base seca.

En este ensayo de aptitud no se contratará ninguna actividad.

Se garantiza la imparcialidad, independencia e integridad durante la ejecución del ensayo de aptitud y/o comparaciones interlaboratorios.

El participante firma compromiso de no confabulación, ni falsificación de resultados del EA, mediante la firma de la carta de aceptación de condiciones M-05-F-016.

Toda la información entregada por los participantes será tratada de manera confidencial y anónima. Al momento de inscribirse, el participante deberá firmar una carta de aceptación de condiciones en la que se compromete a no confabular o falsificar los resultados del EA.



Material de Referencia de arsénico total en harina de arroz, el cual corresponde a una muestra comercial de arroz blanco, molido hasta obtener un tamaño de partícula menor a $100\ \mu\text{m}$, envasado en porciones de 30 g en botellas de vidrio ámbar de 120 mL de capacidad y empacado en bolsas aluminizadas al vacío.

Si está interesado en participar en este EA:

- Lea el contenido de este documento y defina si está en la capacidad de cumplir con las condiciones establecidas.
- Realice una solicitud de inscripción en el portal de servicios haciendo [clic aquí](#)
- El organizador del EA evaluará la documentación y los pasos a seguir.

Para este ensayo de aptitud se establece que el criterio de evaluación será el puntaje z dado en el numeral 9.4 de la norma ISO 13528:2022.

El criterio z se evaluará para una probabilidad de cobertura del 95.45 %

Los laboratorios participantes deben contar con un método de medición apto para determinar arsénico total en arroz o matrices alimenticias relacionadas en el Ítem de Ensayo de Aptitud (IEA) dentro del alcance de este ejercicio. Además, debe contar con los instrumentos de medición y equipos auxiliares requeridos para llevar a cabo su procedimiento de medición. Se deben adjuntar los siguientes documentos en el momento de su inscripción en el portal de servicios ([haga clic aquí](#))

- *Formulario de inscripción al ensayo de aptitud*
(Haga clic aquí)
- *Carta de aceptación de condiciones*
(Haga clic aquí)
- *Copia del RUT*
- *Información sobre el procedimiento empleado en la determinación del contenido de humedad del ítem de ensayo de aptitud empleado para reportar el resultado de arsénico total en base seca*