

OFERTA DE SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y MEDICIÓN DEL INM

Fecha de actualización: 2026-09-10

LABORATORIO DE POTENCIA Y ENERGÍA

Nombre del Servicio	Identificador de servicio (CMC)
Calibración transformadores de tensión eléctrica para medición. (Para tensiones primarias nominales desde 4.6 kV hasta 63.5 kV y tensiones secundarias nominales hasta 240 V). Para un (1) devanado primario con un (1) devanado secundario, con cinco (5) puntos de prueba y el valor de carga especificado por fabricante.	INM-L09-09 INM-L09-10
Calibración Cargas (Burden) para transformadores para medición. (Corriente: 0.004 A a 10 A, tensión: 10 mV a 240 V, Frecuencia: 60 Hz) Para una tensión nominal o corriente nominal con cinco (5) puntos de prueba y siete (7) pasos de carga.	INM-L09-11 INM-L09-12
Calibración de patrón de potencia o energía. Electrónico trifásico. día calibración. modo manual (8 horas).	INM-L09-04 INM-L09-05 INM-L09-06
Calibración de patrón de potencia o energía. Electrónico trifásico. día calibración. modo automático (24 horas).	INM-L09-04 INM-L09-05 INM-L09-06
Calibración de patrón de potencia o energía, electrónico monofásico, día calibración, modo manual (8 horas).	INM-L09-01 INM-L09-02 INM-L09-03
Calibración de patrón de potencia o energía, electrónico monofásico, día calibración, modo automático (24 horas).	INM-L09-01 INM-L09-02 INM-L09-03
Calibración de equipo de prueba para medidores de energía eléctrica (EPM). día calibración servicio en sitio.	No aplica
NOTA: Los servicios relacionados con los identificadores de servicio (CMC) "INM-L09-07 y INM-L09-08" se encuentran temporalmente suspendidos debido a la gestión de la trazabilidad externa durante lo que resta del año 2026.	
Calibración transformadores de corriente eléctrica para medición. (Corrientes primarias nominales desde 5 A a 3000 A y corrientes secundarias nominales de 1 A ó 5 A) Para un (1) devanado primario con un (1) devanado secundario, con cinco puntos de prueba y el valor de carga especificado por fabricante.	INM-L09-07 INM-L09-08